

N	საქონლის დასახელება	დეტალური მახასიათებლები	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	ერთეულის ფასი (ლარი)	თანხა სულ (ლარი)	მიწოდების ვადა	ვარგისიანობის ვადა
1	MRI-კვლევაზე უსაფრთხო ორკამერიანი პეისმეიკერი DDD	აღნიშნული მოწყობილობის იმპლანტაციის შემდეგ შესაძლებელი უნდა იყოს მთლიანი სხეულის MRI კვლევა	ცალი	10	აშშ	Medtronic	2200.00	22000.00	ხელშეკრულების გაფორმებიდან,	
2	MRI-კვლევაზე უსაფრთხო მარჯვენა პარკუჭის ელექტროდი	აქტიური ფიქსაციის. ელექტროდის სიგრძე უნდა იყოს არა ნაკლებ 56სმ; უნდა ეტეოდეს 7-7,5F ინტროდუსერში. ელექტროდის შესაერთებელი უნდა იყოს IS-1 სტანდარტის.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	320.00	3200.00		
3	MRI-კვლევაზე უსაფრთხო მარჯვენა წინაგულის ელექტროდი	აქტიური ან პასიური ფიქსაციის. ელექტროდის სიგრძე უნდა იყოს არა ნაკლებ 50სმ. უნდა ეტეოდეს 7F-7,5F ინტროდუსერში. ელექტროდის შესაერთებელი უნდა იყოს IS-1 სტანდარტის.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	320.00	3200.00		
4	სამკამერიანი რესინქრონიზატორი CRT-P	პეისმეიკერს უნდა შეეძლოს ინტრაკარდიული EGM-ის ჩაწერა და დამახსოვრება. ელექტროდის შესაერთებელი უნდა იყოს IS-1 სტანდარტის. სტანდარტულ პირობებში ფუნქციონირების საშუალო ხანგრძლივობა უნდა იყოს 8-10 წ.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	2470.00	24700.00		
5	აქტიური ფიქსაციის ელექტროდი მარჯვენა პარკუჭისთვის	ელექტროდის სიგრძე უნდა იყოს არა ნაკლებ 56სმ; უნდა ეტეოდეს 7-7,5F ინტროდუსერში. ელექტროდის შესაერთებელი უნდა იყოს IS-1 სტანდარტის.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	320.00	3200.00		

N	საქონლის დასახელება	დეტალური მახასიათებლები	ზომის ერთეული	რაოდენ ობა	მწარმოებ ელი ქვეყანა	მწარმოებელ ი კომპანია	ერთეული ს ფასი (ლარი)	თანხა სულ (ლარი)	მიწოდების ვადა	ვარგისიანობ ისვადა
6	პასიური ან აქტიური ფიქსაციის ელექტროდი მარჯვენა წინაგულისთვის	ელექტროდის სიგრძე უნდა იყოს არა ნაკლებ 50სმ. უნდა ეტეოდეს 7F-7,5F ინტროდუსერში. ელექტროდის შესაერთებელი უნდა იყოს IS-1 სტანდარტის.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	320.00	3200.00	შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.	მიწოდების მომენტიდან 1 წელი
7	მარცხენა პარკუჭის (კორონარული სინუსის) ელექტროდი	მაქსიმალური დისტალური დიამეტრი 4,7 Fr, ელექტროდის სხეულის სისქე (Body Size) <4,3Fr, პასიური ფიქსაციის. ელექტროდს უნდა ახლდეს მინიმუმ 2 სახის (სხვადასხვა სიხისტის) სტილეტი, ელექტროდი უნდა იყოს აგრეთვე ვაიერიტ გამოყენებადი. IS-1 სტანდარტის	ცალი	10	აშშ	Medtronic	2670.00	26700.00		
8	კორონარული სინუსის კათეტერიზაციის დამხმარე კათეტერები (Delivery სისტემა)	კორონარული სინუსის კანულაციისთვის, მინიმუმ 2 მოხრილობის. უნდა ახლდეს შესაბამისი ვაიერი და გასაჭრელი იარაღი.	ცალი	10	აშშ	Medtronic	750.00	7500.00		
9	კორონარული სინუსის ბალონური კათეტერი	კორონარული სინუსის კონტრასტირებისთვის განკუთვნილი ბალონური კათეტერი	ცალი	10	აშშ	Medtronic	400.00	4000.00		
10	სუბსელექტორი	კათეტერი რომელიც მოთავსდება Delivery სისტემაში, მასში უნდა ეტეოდეს მარცხენა პარკუჭის (კორონარული სინუსის) ელექტროდი. სხვადასხვა მოხრილობის	ცალი	2	აშშ	Medtronic	900.00	1800.00		
11	ლავიწქვეშა ვენის გახლეჩვადი ინტროდუსერი მარჯვენა წინაგულის და მარჯვენა პარკუჭის ელექტროდებისთვის	ზომა 7-7,5F; თითოეულ ინტროდუსერს უნდა ახლდეს შესაბამისი ვაიერი (მავთული) და ლავიწქვეშა ვენის საპუნქციო ნემსი	ცალი	40	აშშ	Medtronic	80.00	3200.00		

N	საქონლის დასახელება	დეტალური მახასიათებლები	ზომის ერთეული	რაოდენ ობა	მწარმოებ ელი ქვეყანა	მწარმოებელ ი კომპანია	ერთეული ს ფასი (ლარი)	თანხა სულ (ლარი)	მიწოდების ვადა	ვარგისიანობ ისვადა
12	იმპლანტირებადი მარყუჟოვანი ჩამწერი	კარდიომონიტორი სინკოპეს და არითმიის ეპიზოდების დიაგნოსტიკისთვის. ფუნქციონირების ხანგრძლივობა 3 წელი. სულ მცირე 40 სთ მონაცემების დამახსოვრება. არითმიის ეპიზოდების (VT, AT/AF, ბრადიკარდია, ასისტოლია) ავტომატური დეტექცია და შენახვა. მარყუჟოვანი ჩამწერი უნდა თავსდებოდეს 1,5სმ- ის განაკვეთში	ცალი	10	აშშ	Medtronic	8000.00	80000.00		
სულ:							182700.00			

გ. ნიკოლაიშვილი, დირექტორი