

	დასახელება	განზომილების ერთეული	საჭირო რაოდენობა
1	პერსონალური დაცვის სათვალე	ცალი	35 000
2	სამედიცინო სახის დამცავი საშუალება (ფარი)	ცალი	10 000
3	პერსონალური ბიოლოგიური დაცვის კომბინიზონი	კომპლექტი	30 000
4	პერსონალური დაცვის ნიღაბი (N95/P2/P3)	ცალი	200 000
5	მარტივი ქირურგიული ნიღაბი სამშრიანი	ცალი	1 000 000
6	საიზოლაციო სატრანსპორტო კაფსულა ბიოსაიზოლაციო	კომპლექტი	10
7	ინფექციური პაციენტების საიზოლაციო ბოქსირებული კარვის კომპლექტი, კარვის დამაკავშირებელი მოწყობილობით	კომპლექტი	4
8	ხელის სადეზინფექციო საშუალება	ცალი (1 ლიტრიან შეფუთვაში, ჩამოსასხმელი სისტემით)	15 000
9	ხელთათმანი არასტერილური	წყვილი	500 000

10	ხელთათმანი ნიტრილის	წყვილი	30 000
11	სატრანსპორტო ხელოვნური სუნთქვის აპარატი მოზრდილთა პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტისათვის, სატრანსპორტო, (IPPV, SIMV, CPAP, PEEP, წნევით კონტროლირებადი ხელოვნური სუნთქვის რეჟიმი, რომლის გამოყენების დროსაც ავადმყოფს შეუძლია აწარმოოს დამოუკიდებელი სპონტანური სუნთქვა აპარატული სუნთქვის ნებისმიერი ციკლის დროს) PEEP 0-დან არანაკლებ 20-მდე mBar(cmH20), აკუმულატორით (12W და 220W დასამუხტი მოწყობილობით), მრავალჯერადი ნაკადის სენსორით, ძირითადი და სათადარიგო მრავალჯერადი კონტურით არანაკლებ 1.5 მ. სიგრძის, (კონტური სატესტო ფილტვით, სახის ნილბით), ექსპლუატაციაში არ მყოფი, მონაცემთა ჩვენების ფერადი ეკრანით (დისპლეი) არანაკლებ 100მმX50მმ (სიგანე, სიმაღლე), რეანიმობილში კედელზე	ცალი	20

	სამაგრი მოწყობილობით, სატრანსპორტო ჩანთით, ჟანგბადის ცენტრალური მილით, ჟანგბადის პორტატული ბალონით. არანაკლებ -18 °C-დან +50 °C-მდე მუშაობის შესაძლებლობით. ჟანგბადის კონცენტრაციის ჰაერთან შერეული აკუმულატორით არანაკლებ 5 სთ მუშაობის რეჟიმით, დამუხტვის პერიოდი 5 სთ-მდე, მისი ჟანგბადის მილის გადამყვანები თავსებადი უნდა იყოს ჟანგბადის სისტემასთან და პორტატული ბალონის შესაერთებელთან შესაბამის უნდა გააჩნდეს ISO 10651-3 სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი, უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის მიღებულ EN 1789:2007+A2:2014 დოკუმენტის (სანიტარულ-სატრანსპორტო საშუალებები და მათი აღჭურვილობა - საგზაო სასწრაფო დახმარების მანქანები) თანახმად სატრანსპორტო სუნთქვის აპარატის შესახებ ნორმატიულ მითითებებს. სუნთქვის აპარატს უნდა გააჩნდეს საპაერო		
--	---	--	--

	ტრანსპორტში გამოყენების შესაბამისი სერტიფიკატი.		
12	ბაზილები ბიოლოგიური დაცვით	წყვილი	30 000
13	დისტანციური ელექტრო თერმომეტრი	ცალი	1000